Rapporto di prova per Pulizia Microbica (Bioburden) secondo la norma UNI EN 14683:2019+AC Allegato D

Data di inizio prova	3/7/20
Produttore	Minerva Wise Ltd
Denominazione del prodotto	Mascherine
Codici indentificativi del prodotto	Medela Proximo Disposable Surgical Mask & 20202140022, produttore Xi'an Bowa Industrial Automation Equipment Co., Ltd.
Codice identificativo attribuito da LABC19	1488– 110620

Procedura di test	Il test è condotto in accordo con la norma EN 14683:2019+AC (appendice D).

N° campione	**Peso (g)**	**Conta UFC a 30°C**	**Conta UFC a 25°C**	**Conta microbica totale (UFC/campione)**	**Bioburden totale (UFC/g)**
Test 1	2,95	0	0	0	0
Test 2	2,97	60 ***nota**	0	60 ***nota**	20,2
Test 3	2,94	0	0	0	0
Test 4	2,97	0	0	0	0
Test 5	2,98	0	0	0	0

I risultati sono riportati come Unità Formanti Colonia (UFC) per campione.

***nota:** La conta a 30°C dei microrganismi aerobi relativa al test n. 2 è da considerarsi una stima minima a causa della crescita per diffusione attorno al filtro.

Requisiti richiesti dalla normativa:

Prova	**Tipo I**	**Tipo II**	**Tipo IIR**
Pulizia microbica (UFC/g	≤ 30	≤ 30	≤ 30

N.B.
Nei test in cui si valutano 5 campioni, se anche solo uno dei 5 campioni testati ecceda i valori di Bioburden sopra indicati risulterà in una non conformità del prodotto alle minime specifiche richieste dalla norma.

Classificazione risultante (limitatamente a prova Bioburden)	Conforme

NOTA:
I risultati riportati in questo rapporto sono ottenuti operando in conformità alla norma UNI EN 14683:2019 "*Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova*". Questo rapporto di prova non costituisce una certificazione dell'oggetto secondo la norma.
L'Università Politecnica delle Marche, Centro di Ricerca e Servizio per l'Emergenza Covid 19 (di seguito denominata UNIVPM-LABC19) è responsabile solo per i risultati delle prove ed analisi effettuate, espressi nella relazione e riferiti esclusivamente ai materiali e/o ai campioni indicati nella stessa. Salvo diversa indicazione, i campioni sono stati scelti e inviati liberamente dal richiedente.
UNIVPM-LABC19 non è responsabile in nessun caso di un uso improprio dei risultati di prova, né di interpretazione o utilizzo indebiti di questo documento.
UNIVPM-LABC19 non è responsabile delle informazioni fornite dal richiedente, che si riflettono nella relazione e possono influire sulla validità dei risultati.
UNIVPM-LABC19 non è responsabile per uno stato inadeguato del campione ricevuto che potrebbe compromettere la validità dei risultati.

Ancona, 10-7-2020

Firma Referente



.....

Firma Direttore

.....